



OWNER'S MANUAL



40+ Series

Safety Precautions and Usage Statements	1-2
Parts List	3
Base and Remote Overview	4
Quick Reference Guide	5
Installation Guide	6-7
Emergency Battery Backup Pack	8
Connecting Strap	9
Syncing Two Bases.....	10
Headboard Brackets (not included)	11
Troubleshooting	12
Notes	13
Español	14-17
Français	18-21

Attention: Important Safety Disclaimers

Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

To reduce the risk of shock, burns, fire or injury:

Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening.

Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water.

Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer.

Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents or disabled persons.

Outlet Safety:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included).

The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (recommended). Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized

modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

Warranty Warning:

Do not open or tamper with control box, motors, or remote (with the exception of battery compartments). The warranty will be void if the internal workings of these components are tampered with. For complete warranty information visit www.ergomotion.com or refer to the warranty card included with the base.

In-Home Use and Hospital Disclaimer:

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with **TENT TYPE** oxygen therapy equipment or near explosive gases.

Pets and Small Children:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

Safety Features: Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

safety precautions and usage statements

Product Ratings:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

Weight Limits:

This product is not rated to support weights exceeding 650 lbs/ 295 kg. This product is not rated to support weights in excess of 650 lbs/ 295 kg inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

Acoustics:

In normal base operation, the wheels which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Fabric Care:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources.

For deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat.

If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

FCC Compliance:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC RF exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void user's right to operate the device.

Radio Frequency: 2.4 GHz

parts list

Before discarding the packing materials - ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.

- A) **Wired Remote Control (1)**
- B) **Mattress Retainer Bar (1)***
- C) **Legs (4)**
- D) **Power Cord (1)**
- E) **Power Supply (1)**
- F) **Battery Backup Box (9 volt batteries not included)**
- G) **Connecting Strap †***
- H) **Y-Cord †**

Misc Parts (not included):

- I) **Surge Protector (1)**
- J) **9 Volt Batteries (2)**

* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.

† Only included in Twin, Twin Long, Queen Split and Cal King Split bases.




base and remote overview




quick reference guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

CONTROL BOX OVERVIEW



ELECTRONICS OVERVIEW



If installing a split unit - see pages 9-10.

installation guide

Always use two people when setting up the base.

STEP 1

Place the bed base box in a desired location with the bottom of the box facing up.

Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

STEP 2

Remove the bed base from the box keeping the bottom of the base facing upwards.

STEP 3

To install headboard brackets (sold separately) see instructions on page 11.

To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg, and tighten by hand.

Do not over tighten.



STEP 4

To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg, and tighten by hand.

Do not over tighten.

Locate the Backup Battery Pack and install (4) 9 Volt batteries (not included).

Store the battery pack in a convenient location for emergency use. *For operating instructions see page 8.*



STEP 5

Uncoil input cord (connected to control box's power port) and plug into Power Supply.



STEP 6

Uncoil the Power Cord and connect to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached surge protector.



installation guide

STEP 7

Carefully flip the base over on to its legs. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.



STEP 8

Plug the power cord into a power source.

A surge protector is recommended.

STEP 9

Quickly test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

STEP 10

Slide the left side of the mattress retainer bar into the bracket. Pull the retainer bar to the opposite bracket and secure the right side.



Setup is now complete! Test all functions on remote.



emergency battery backup pack

Store the battery pack in a convenient location for emergency use.

(4) 9 Volt batteries are required to operate the power down feature and are NOT included.

OVERVIEW

For emergency use only, in case of a power outage.


In the event that the base is stuck in an articulated position during a power outage- the Battery Backup Pack will return the base to a flat position. Batteries are not to be used for normal operation of the base.

Remove the battery pack after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries, even if not in use.




STEP 1

Install the 9 volt batteries into the provided battery pack.
Do not mix brand name batteries.



STEP 2

Connect battery pack to input power cord attached to control box.



If the base is in the upright position use the remote to return to a flat position.

connecting strap (optional)

If any split setup is being installed, plastic connecting straps are provided (one per base) to secure the bases together. Use both straps to secure the head and foot portions together.

STEP 1

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.



STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.



STEP 3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

syncing two bases (optional)

A Y-Cord is included with the base. Not available on Queen, Full or Full-Long size bases.
The Y-Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.

STEP 1

Unplug bases from power source.

STEP 2

Locate the control box underneath the base. Plug end of y-cord into wired remote port on the control box. Repeat for other end of cord and second control box.




STEP 3

Plug remote into Y-Cord



STEP 4

Once the remote has been connected to the control box with the y-cord, plug bases into power outlet and test all functions.



headboard bracket installation guide (optional)

Headboard Brackets are an optional accessory and are not included.
A 9/16" (14 mm) & 1/2" (13 mm) socket and crescent wrench are necessary to complete installation.

STEP 1


- Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads. Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too much force may cause the leg to spin freely.
- Align the tab with the hole in the frame (located towards the foot of the base) and use a short bolt and nut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.



STEP 2

Attach the plastic spacer and T-Bracket.

- Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the spacer and attachment plate to accommodate the headboard.
- To install the plastic spacer and attachment plate, you will need (2) long bolts and (2) nuts. Place the spacer and attachment plate in the desired location and slip the bolts through the holes with the head of the bolt facing outward. Position the bolts diagonally on the spacer. Use the 9/16" (14 mm) socket and wrench to tighten the bolts.



STEP 3

You may now connect your headboard to the attachment plates using the remaining short bolts and nuts to secure it to the brackets. The heads of the bolts will face outward. Use a 9/16" (14mm) socket and 1/2" (13mm) wrench to tighten the bolts.

Pg. 1 - Sobre las precauciones y el uso

Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad.

Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. Guarde estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de un shock eléctrico, quemaduras, incendio o heridas:

Siempre desconecte la base del tomacorrientes antes de trabajar en cualquier componente de la base. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, desconecte la base antes de limpiarla. Para desconectarla con seguridad, asegúrese que la base esté en posición horizontal y todos los motores estén apagados y desconectados de la electricidad. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. Nunca opere la base cuando estén obstruidos los orificios de ventilación; manténgalos limpios de pelusas, pelos, etc.

Deje de usar la base de la cama y contacte un centro de servicio calificado si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona adecuadamente o si ha tenido contacto con agua. Sólo use esta base para su fin específico como lo describe este manual. No use accesorios o acoplamientos que no estén recomendados por el fabricante. Deberá mantener supervisión cuando la cama sea usada por niños, personas convalcientes o discapacitadas, o esté ubicada cerca de éstos.

Seguridad del tomacorrientes:

Para la seguridad y funcionamiento óptimos de esta cama, conecte la base a un protector de sobrecarga eléctrica (no incluido).

La base de la cama sólo debe conectarse directamente a un tomacorrientes de la pared o a un protector de sobrecargas (que es lo más recomendable). Conectar el equipo incorrectamente puede causar un shock eléctrico, un incendio o un mal funcionamiento de la cama. Si el enchufe no cabe en el tomacorrientes, contacte a un electricista calificado para instalar el tomacorrientes adecuado.

Si no usa un protector de sobrecargas o el tomacorrientes de la pared o cualquier modificación indebida que se le haga a éste último anulará su garantía en la parte que concierne a electricidad.

Advertencia sobre la garantía:

No abra ni la manipule indebidamente la caja de control, los motores ni el control remoto (a excepción del compartimiento para las pilas). La garantía quedará anulada si se alteran las funciones internas de estos componentes. Para una información completa sobre la garantía, visite www.ergomotion.com o lea la tarjeta de garantía incluida en la base.

Uso doméstico y renuncia de responsabilidad legal por uso en hospitales:

Las camas de base ajustable de Ergomotion están diseñadas solamente para uso

doméstico. Esta cama no fue diseñada para su uso en hospitales y no está diseñada según las normas de los hospitales. No use esta cama con equipos como cámaras para terapia de oxígeno o cerca de gases explosivos.

Mascotas y niños pequeños:

Elimine de inmediato todos los materiales de empaque ya que son un gran riesgo para niños pequeños y animales domésticos. Para evitar accidentes, no permita que los niños ni las mascotas pequeñas jueguen encima o debajo de la cama. Los niños no deben operar la base de la cama sin la supervisión de un adulto.

Dispositivos de seguridad:

Las rueditas (acesorio opcional para las patas de la cama) están equipadas con ruedas de cierre automático para evitar cualquier movimiento no deseado. Aún con este freno para que no rueden, pueden tener un deslizamiento. Los motores de liberación de la cabecera y de los pies están diseñados para bajar el colchón retractando sólo con la fuerza de gravedad y nunca halando hacia abajo, lo cual disminuye los puntos de riesgo de pinzamiento.

Pg. 2 - Sobre las precauciones y el uso (seguido)**Potencia del producto:**

Los motores de alzamiento no están diseñados para funcionar continuamente por más de (2) minutos durante un período de tiempo de (18) minutos o aproximadamente el 10% de su ciclo de operación. Tratar de ignorar o exceder esta potencia acortará la vida útil del producto y anulará su garantía.

Restricciones de peso:

Este producto no está clasificado para soportar un peso de más de 650 libras o 294 kg incluyendo colchones y ropa de cama. La base celebrará este peso estructural si se distribuye por igual a lo largo de la cama. La base ajustable no está diseñado para soportar o levantar todo ese peso en la cabeza o parte de los pies. Al exceder estos límites de peso puede dañar el alojamiento y / o causar un accidente y anular la garantía.

Acústica:

En el funcionamiento normal de la base, las ruedas que permiten que la cama se mantenga separada de la pared harán contacto con los apoyos de la plataforma de acero de la base creando un ruido de contacto. Al entrar, salir o mover el peso sobre la base se oye este ruido de contacto a medida que las ruedas entran en contacto. Esto es normal.

Cuidado de tela: Para cuidar la vida de su tela, proteja la tela de la luz del sol directo lo maximo posible. Para la limpieza de manchas, limpie la área con una esponja húmeda o use una aspiradora con un accesorio con cepillo suave para quitar partículas. Mantenga un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) lejos de fuentes de calor.

Para la limpieza más profunda. Para secar líquidos limpie con una tela limpia y seca. Para limpiar es importante de utilizar una tela limpia y mojada con agua tibia. No moje excesivamente. Con un cepillo de cerda suave puede ser usado para quitar la tierra. Evite rasguñar por eso es importante de

cepillar suavemente. Limpie con una tela limpia y mojada con la agua tibia para quitar el residuo. Es importante de Secar bajo sombra y lejos del calor.

Si las marcas spermanecen visibles después de la limpieza, busce consejo profesional.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar ninguna interferencia perjudicial y 2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia causara un funcionamiento indeseado. Para cumplir los requerimientos sobre exposición humana a la radiofrecuencia (RF) de la FCC, no se permite ningún cambio en la antena o dispositivo. Cualquier cambio en la antena o dispositivo puede provocar que el dispositivo exceda el requerimiento de exposición a la RF y quede anulado el derecho del usuario de operar el dispositivo.

Radiofrecuencia: 2.4 GHz

Pg. 3 - Componentes:

Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene todos los componentes. Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco.

- A)** Wired Remote Control (1) = **Con cables Contro Remoto (1)**
- B)** Mattress Retainer Bar (1)* = **Barra de retención del colchón (1)***
- C)** Legs (4) = **Patas (4)**
- D)** Power Cord (1) = **Cable eléctrico (1)**
- E)** Power Supply (1) = **Fuente de energía (1)**
- F)** Battery Backup Box (**9 volt batteries not included**) = **Caja de batería de reserva (1)* (Baterías de 9 voltios no incluidas)**
- G)** Connecting Strap †* = **Correa de conexión***

H) Y-Cord † = **Y-Cable (1) †**

Misceláneos (no incluidos):

- I)** Surge Protector (1) = **Protector de sobrecargas**
- J)** 9 Volt Batteries (2) = **Pilas de 9 voltios (2)**

* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. Retírelos con cuidado de la base y sepárelos.

† Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual, individual larga, Queen dividida y Cal King dividida.

Pg. 4 - Resumen sobre la base y Contro Remoto
(Las agujas del reloj desde la parte superior)**La base:**

Head motor = **Motor de la cabecera**

Foot motor = **Motor de los pies**

Control box = **Caja de control**

Remoto:

▲ ▼ Eleva y baja la cabecera

▲ ▼ Eleva y baja los pies

Pg. 5 - Guía de referencia rápida:

No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Resumen sobre la cajade control (Izquierda a Derecha)

Wired Remote Port = **Conexión con cable de control remoto**

Power LED Light = **Luz LED de potencia**

Input Cord Connection = **Conexión del cable de entrada**

Foot Motor Port = **Motor de los pies conexión**

Head Motor Port = **Motor de la cabecera conexión**

Para retirar la caja de control, quite el gancho de metal y desconecte los enchufes.

Resumen sobre la electrónica

(Las agujas del reloj desde la parte superior)

Head motor = **Motor de la cabecera**

Foot motor = **Motor de los pies**

Control box = **Caja de control**

Wired Remote = **Con cables Contro Remoto**

Input Power Cord = **Cable de entrada de electricidad**

Power Supply = **Fuente de energía**
Power Cord = **Cable de electricidad**

Si va a instalar una unidad de división - ver páginas 9-10.

Pg. 6 - Guía de instalación: Siempre use a dos personas para instalar la base.

PASO 1: Coloque la caja de la base de la cama en el lugar deseado, con la parte de abajo de la cama para arriba.

Quite las cintas de seguridad y los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con algún objeto afilado.

PASO 2: Saque la base de la cama de la caja, dejando la parte de abajo de la base hacia arriba.

PASO 3: Para instalar los soportes de la cabecera, vea las instrucciones detalladas en la página 11 para su instalación.

Para instalar las patas, enrosque la arandela sobre la tuerca de la pata, con la parte hueca virada para la pata, y ajuste con la mano. No apriete demasiado.

PASO 4: Si va a instalar una unidad de división - ver páginas 9-10.

Desenrosque el generador de corriente del marco y instale (2) pilas de 9 voltios (no incluidas).

Ponga el generador en el piso. Asegúrese que resulte fácil acceder al generador cuando la base esté en la posición elevada.

Guarde la batería en un lugar conveniente para uso de emergencia. Para instrucciones consulte la página 8.

PASO 5: Desenrosque el cable de entrada (conectado al puerto de energía de la caja de control) y conéctelo a la fuente de energía.

PASO 6: Desenrosque el cable de electricidad y conéctelo a la fuente de energía. Ponga la fuente de energía en el piso y extiéndala desde la base. Verifique que la fuente de energía y todos los cables relacionados con ésta vayan directamente hacia el protector de sobrecargas deseado.

Para servicio al cliente, visite www.ergomotion.com o llame al 1-888-550-3746.

Pg. 7 - Guía de instalación

PASO 7: Con cuidado voltee la base y póngala con las patas sobre el piso. **Importante:**

Hacen falta dos personas para mover la base de la cama. No la arrastre por el piso. No deje descansar el marco de lado ya que la presión excesiva puede dañar las patas.

PASO 8: Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.

PASO 9: Pruebe rápidamente funciones remotas para verificar la instalación correcta antes de colocar el colchón en la base. Vuelva la base de una posición plana antes de colocar el colchón en la parte superior.

PASO 10: Deslizar el lado izquierdo de la barra de retención en el soporte de colchón. Tire de la barra de retención en el soporte opuesto y lograr la derecha.

La configuración habrá finalizado! Pruebe todas las funciones de control remoto.

Para asistencia al cliente, visite www.ergomotion.us o llame a: 1-888-550-3746

Pg 8 - Paquete de batería de respaldo de emergencia
Guarde la batería en un lugar conveniente para uso de emergencia.

(4) Se requieren baterías de 9 voltios para operar la función de energía hacia abajo y no están incluidos.

RESUMEN
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía.

En el caso de que la base se ha quedado atascado en una posición articulada durante un corte de energía-la reserva del paquete de pilas se recuperará de la base a una posición plana. Las baterías no son para ser utilizado para el funcionamiento normal de la base.

Retire la batería después de la emergencia, ya que el sistema para ahorrar energía de las baterías, incluso si no está en uso.

PASO 1: Instale las baterías de 9 voltios en la batería suministrada. No mezcle pilas de marca.

PASO 2: Conecte la batería al cable de alimentación de entrada conectada la caja de control.

Battery Backup Box = **Caja de batería de reserva**
Input Power Cord = **Cable de entrada de**
Control box = **Caja de control**

Si la base está en la posición vertical utilizar el mando a distancia para volver a una

posición plana.

Pg 9 - Correa de conexión (opcional)

Correas de conexión se fijan a la estructura de base a la entrega.

RESUMEN

Si se está instalando una configuración dividida, se proporcionan las correas de unión de plástico (uno por base) para asegurar las bases juntos. Utilice ambas correas para fijar la cabeza y partes de pie juntos.

PASO 1: Con las bases en su ubicación deseada, aflojar ligeramente las dos piernas para permitir que la correa para que quepa en el perno de la pierna, entre la arandela de la pierna y el marco.

PASO 2: lado de diapositivas (a) de la tira de conexión sobre el perno de la pierna. Girar la correa y conectar lado (b) de perno de la pata. Asegure la correa desplazando hacia la izquierda.

PASO 3: Vuelva a apretar las piernas. No apriete demasiado. Utilice la correa restante y repetir en el otro extremo de la base.

Pg 10 - Sincronización de dos bases (opcional)
Un Y-cable se incluye con la base. No disponible en Queen, total o bases de tamaño completo-Long.
El Y-cable conecta las dos cajas de control a un único mando a distancia para la sincronización de dos bases.

PASO 1: Desconecte bases de toma de corriente.

PASO 2: Localice la caja de control debajo de la base. Conecte el extremo y-cable en el puerto remoto con cable en la caja de control. Repita para el otro extremo del cable y la segunda caja de control.

PASO 3: Conecte remoto en Y-Cord.

PASO 4: Una vez que el control remoto se ha conectado a la caja de control con las bases y-cable, el enchufe en la toma de corriente y probar todas las funciones.

Pg 11 - Guía de instalación del soporte cabecero (opcional)
Soportes de Cabecera son un accesorio opcional y no está incluido.
Un conector de 9/16 "y 1/2" y llave inglesa son necesarios para completar la instalación.

PASO 1:
a.) Alinee el agujero en el soporte al tubo de latón en la que las discusiones de la pierna. Sostenga el soporte en su lugar y atornille la pierna en la base hasta que quede ajustado. **NO AJUSTE DEMASIADO.** El exceso de fuerza puede hacer que la pierna para

girar libremente.

b.) Alinear la pestaña con el agujero en el marco (que se encuentra hacia el pie de la base) y el uso de un corto perno y la tuerca para fijar el soporte. Asegúrese de que el perno es apretado.

PASO 2: Conecte el espaciador de plástico y T-Bracket.

a.) Mida la distancia entre los orificios de montaje en la cabecera e instale el espaciador y placa de fijación para dar cabida a la cabecera.

b.) Para instalar el separador de plástico y placa de fijación, deberá (2) tornillos largos y (2) tuercas. Coloque el espaciador y la placa de fijación en la ubicación deseada y el deslizamiento de los pernos a través de los agujeros con la cabeza del perno hacia afuera. Coloque los tornillos en diagonal sobre el separador. Utilice la opción "toma y llave de 9/16 para apretar los tornillos.

PASO 3: Ahora puede conectar el cabecero de las placas de fijación usando los tornillos cortos restantes y tuercas para fijarlo a los soportes. Las cabezas de los tornillos se enfrentarán exterior. Use un "enchufe y 1/2", 9/16 llave para apretar los tornillos.

PG - 12 Solución de problemas

Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de funcionar:

- Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyendo el movimiento de la base.
- Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada y la potencia están conectados correctamente.
- Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes electrónicos.
- Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).

Si el problema no se resuelve, siguiendo las instrucciones anteriores, busque el número de serie en la tarjeta de garantía o la parte de atrás de distancia y llame

Ergomotion Servicio al cliente: EE.UU. 1-888-550-3746

Pg. 1 - Précautions de sécurité et déclarations d'utilisation

Attention : Avertissement de SécuritéLisez toute les instructions avant d'utiliser votre base ajustable. Gar dez les instructions.

Réduire le risque de choc, brûlure, feu, ou blessure: Débranchez toujours votre base de la prise avant d'ajuster la base. Pour réduire le risque de décharge électrique, débranchez la base avant de la nettoyer. Pour débrancher prudemment, faites attention que le sommier soit étendu par terre et éteint, et après débranchez-le de la prise. Tenez le cordon d'alimentation loin de surfaces chauffées. Ne mettez jamais en marche la base quand les trous d'aération sont bloqués. Tenez les trous d'aération propres et sans peluches et cheveux. N'introduisez jamais aucun objet dans les trous d'aération.

Cessez l'utilisation du sommier et contactez le service clientèle si: le cordon d'alimentation est endommagé, le sommier ne marche pas correctement, ou il est mouillée.

Employez la base du lit seulement pour les utilisations prévues dans ce manuel. N'employez pas les accessoires/attachements qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

Surveillance est recommandée quand la base est utilisée près des enfants, des convalescents, ou les handicapés.

Sécurité de la prise: Pour la sécurité optimale, branchez la base dans une multiprise (pas incluse).

La base doit être branchée directement dans la prise ou dans une multiprise (recommandée). Le branchement incorrect peut causer la décharge électrique, le feu électrique, ou l'opération défectueuse de la base du lit.

Si la fiche n'entre pas dans votre prise, contactez un électricien pour installer une prise appropriée. Les modifications non autorisées ou l'utilisation du sommier sans une prise ou une multiprise peuvent annuler la partie électrique de votre garantie.

Avertissement de la garantie:

N'ouvrez pas et ne touchez pas la boîte de contrôle, les moteurs, ou la télécommande (sauf le compartiment de la batterie). Votre garantie sera annulée si ces composants sont modifiés. Pour information à propos de la garantie, visitez le site web www.ergomotion.com ou regardez la carte de garantie incluse avec le sommier.

Utilisation à la maison et limitation de responsabilité pour les hôpitaux:

Les lits ajustables de Ergomotion sont créés pour l'utilisation individuelle à la maison. Cette base n'est pas créée pour l'utilisation comme lit d'hôpital et elle ne satisfait pas les

critères d'hôpital. N'utilisez pas cette base avec l'équipement de l'oxygénothérapie ou près des gazes explosives.

Les animaux domestiques et les enfants:

Jetez immédiatement les matériaux d'emballage parce qu'ils posent un risque d'asphyxie pour les animaux domestiques et les enfants. Pour éviter les blessures, ne laissez pas que les enfants ou les animaux domestiques jouent sous le lit. Les enfants ne doivent pas faire marcher le sommier sans la surveillance d'un adulte.

Les traits de sécurité:

Les roulettes sont équipées avec les roues verrouillables pour empêcher les mouvements non désirés. Même quand les roues sont verrouillées, il est possible que les roulettes glissent. Les moteurs de tête et de pied sont créés pour descendre le matelas seulement en employant la gravité, et sans la traction vers le bas car elle réduit les points qui peuvent pincer.

Pg. 2 - Précautions de sécurité et déclarations d'utilisation**Classement du produit:**

Les moteurs qui soulèvent le lit ne sont pas conçus pour fonctionner continuellement plus de deux [2] minutes dans une période de temps de dix-huit [18] minutes ou environs 10% du rapport cyclique. La tentative d'outrepasser cette limite réduira la durée de vie probable du produit et peut annuler votre garantie.

Limites de poids:

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids excédant 650 livres. Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids de plus de £ 650 inclusivement du matelas et la literie. La base sera structurellement supporter ce poids, à condition qu'il soit uniformément répartie sur la base du lit. La base réglable est pas conçu pour supporter ou soulever ce montant dans les sections de tête ou un pied seulement. Le dépassement de cette limite de poids pourrait endommager le lit et / ou causer des blessures et annule la garantie.

Acoustique:

En fonctionnement de base normale, les roues qui permettent le lit pour maintenir sa distance de la paroi, seront en contact avec la plate-forme de supports en acier de la base de la création d'un bruit de contact. Lors de la saisie, en sortant ou en transférant le poids sur la base, ce bruit de contact peut être audible lorsque les roues sont en contact. Ceci est normal.

Entretien des produits: Pour prolonger la vie de votre tissu, éviter le soleil direct autant

que possible. Pour le nettoyage de taches, frotter la zone doucement avec une éponge humide ou passer l'aspirateur avec une brosse douce pour enlever les particules. Garder éloigné un minimum de 30 cm (12 pouces) de sources de chaleur directes.

Pour un nettoyage en profondeur, eponger les déversements de liquides avec un chiffon propre et sec. Essuyer avec un chiffon proper humidifié avec de l'eau tiède. Ne pas trop humectifier. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté enracinée. Éviter de grater en brossant doucement. Essuyer avec un chiffon propre, imbibé d'eau tiède pour enlever les résidus. Sécher à l'ombre, loin de la chaleur directe.

Si des marques persistantes demeurent visibles après le nettoyage, demander des conseils professionnels.

SAUVEZ CES INSTRUCTIONS.

FCC Conformité: Cet appareil est conforme à la 15ième partie des règles de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne causera pas de l'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris de l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré. Pour que cet appareil soit conforme aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC, il est interdit de faire des changements à l'antenne de cet appareil. Un changement à l'antenne de cet appareil peut entraîner le dépassement des exigences d'exposition aux radiofréquences et peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Radiofréquences : 2.4 GHz

Pg. 3 - Nomenclature des pièces:

Avant de jeter les matériaux d'emballage – assurez-vous que toutes les pièces sont prises en compte.

Tous les composants électriques qui doivent être installés se trouvent dans les boîtes sous la base ou sont attachés à la charpente.

- A)** Wired Remote Control = **Télécommande filaire (1)**
- B)** Mattress Retainer bar = **Barre de soutiens du matelas (1)**
- C)** Legs = **Pieds (4)**
- D)** Power Cord = **Cordon d'alimentation (1)**
- E)** Power supply = **Alimentation électrique (1)**
- F)** Battery Backup Box = **Boîte de batterie de secours (1)***
- G)** Connecting Strap = **Sangle reliante (1)†***
- H)** Y-Cord = **Cordon en Y ‡**

Pièces Divers (non inclus):

I) Surge Protector = **Multiprise**

J) 9v Batteries = **Piles 9v (2)**

* Ces composants sont attachés à la base en raison de l'expédition. Enlevez-les prudemment de la base et mettez-les à part.

‡ Inclus seulement pour les tailles Twin, Twin Long, Queen Split, et Cal King Split.

Pg. 4 - Vue d'ensemble du sommier:

(A partir de la boîte en haut à droite et continuant dans le sens horaire autour de l'image)

Sur la base:

Head Motor = **Moteur de la tête**

Foot Motor = **Moteur du pied**

Control Box = **Boîte de contrôle**

Télécommande filaire:

▲ ▼ Lève et abaisse la tête

▲ ▼ Lève et abaisse le pied

Pg. 5 - Guide Rapide de Référence

Pas à l'échelle. En raison d'illustration seulement. Lisez toute les instructions avant de commencer l'installation.

(A partir de la boîte en haut à droite et continuant dans le sens horaire autour de l'image)

Boîte De Contrôle Aperçu

Wired Remote Port = **Télécommande filaire de connexion**

Power LED Light = **Puissance LED**

Input Cord Connection = **Entrée cordon de connexion**

Foot motor Port = **Moteur du pied de connexion**

Head Motor Port = **Moteur de la tête de connexion**

Pour supprimer la boîte de commande, relâcher la pince métallique et débranchez les cordons.

Electronics Aperçu

(A partir de la boîte en haut à droite et continuant dans le sens horaire autour de l'image)

Head Motor = **Moteur de la tête**

Foot Motor = **Moteur du pied**

Control Box = **Boîte de contrôle**

Wired Remote = **Télécommande filaire**

Input Power Cord = **Corde d'entrée**
 Power Supply (E) = **Alimentation électrique (E)**
 Power Cord (D) = **Cordon d'alimentation (D)**

Si l'installation d'une unité de Split - voir pages 9-10.

Pg. 6 - Guide à l'installation:
 Deux Personnes sont nécessaire pour l'installation du sommier

ÉTAPE 1: Placez la boîte qui contient le sommier dans un lieu agréable. Placez le dessous de la boîte vers le haut.

Enlevez les sangles et les matériaux d'emballage. Faites attention de ne pas percer la boîte avec des objets coupants.

ÉTAPE 2: Enlevez le sommier de la boîte en tenant le dessous de la boîte vers le haut.

ÉTAPE 3: Pour l'installation du dossieret : Voir le manuel d'installation du dossieret à la page 11.

ÉTAPE 4: Pour l'installation des pieds, enfiler la rondelle dans le boulon du pied en tenant le côté concave exposé au pied. Serrez la rondelle avec les mains. Faites attention à ne pas trop serrer la rondelle.

Localisez la batterie de sauvegarde et installation (4) 9 volts (non incluses).

Rangez la batterie dans un endroit pratique pour une utilisation en cas d'urgence. **Pour les instructions, voir page 8.**

ÉTAPE 5: Déroulez la corde d'entrée (connectée au port d'alimentation sur la boîte de contrôle) et branchez-la dans l'alimentation électrique.

ÉTAPE 6 : Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans l'alimentation électrique. Placez l'alimentation électrique par terre et rallongez-la de la base. Assurez-vous que l'alimentation électrique et tous les fils attachés se dirigent vers la multiprise.

Pour service consommateurs, allez au site web www.ergomotion.com ou appelez le numéro vert : 1-888-550-3746

Pg. 7 - Guide à l'installation:
ÉTAPE 7: Retournez prudemment la base en haute à droite. Mettez les pieds par terre. Important : on a besoin de deux (2) personnes pour bouger le sommier. Ne le tirez sur

le sol. Ne posez pas la base sur son côté. La pression excessive peut endommager les pieds du sommier.

ÉTAPE 8: Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un limiteur de surtension est recommandée.

ÉTAPE 9: Testez les fonctions et vérifiez la configuration avant de mettre le matelas sur la base. Pousse le bouton FLAT pour remettre le lit à niveau.

ÉTAPE 10: Repérez les supports de la barre de retenue matelas. Glissez le côté gauche du matelas dans le support. Tirez la barre de soutiens du matelas dans le support opposé et attachez le côté droite.

L'installation Élémentaire Est Complète.

Pour service consommateurs, allez au site web www.ergomotion.com ou appelez le numéro vert : 1-888-550-3746

Pg. 8 - Pack de batterie de secours d'urgence:
 Rangez la batterie dans un endroit pratique pour une utilisation en cas d'urgence. (4) piles 9 volts sont nécessaires pour exploiter la puissance descente monotouche et ne sont pas inclus.

Pour l'utilisation d'urgence seulement, en cas de panne de courant. Dans le cas où la base est coincé dans une position articulée lors d'une coupure de courant, le pack de batterie de secours sera de retour la base d'une position à plat. Batteries ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal de la base.

Retirez la batterie après l'urgence est passée, que le système continuera à être alimenté par les batteries, même s'il n'est pas en cours d'utilisation.

ÉTAPE 1: Installez les piles de 9 volts dans la batterie fournie.

Ne mélangez pas des piles de marque.

ÉTAPE 2: Connectez la batterie au cordon d'alimentation d'entrée fixé au boîtier de commande.

Pièces d'image:
 (A partir de la boîte en haut à droite et continuant dans le sens horaire autour de l'image)
 Battery Backup Box = **Boîte de batterie de secours**
 Control Box = **Boîte de contrôle**

Input Power Cord = **Corde d'entrée**

Si la base est dans la position verticale en utilisant la télécommande pour revenir à une position à plat.

Pg. 9 - Joindre deux Lits (en option):
 Si vous installez deux appareils divisés, les sangles de connexion en plastique seront fournies (une par base) pour attacher les bases ensemble. Utilisez les deux sangles pour attacher la tête et le pied des lits ensemble.

ÉTAPE 1: Situez les bases dans la position par terre voulue, et desserrez chaque pied pour que les sangles puissent aller sur le boulon du pied entre la rondelle et la charpente.

ÉTAPE 2: Glissez le côté (a) de la sangle de connexion sur le boulon du pied. Tirez la sangle et attachez le côté (b) au boulon du pied. Attachez la sangle en la déplaçant à gauche.

ÉTAPE 3: Resserrez les pieds. Ne les serrez pas trop. Utilisez la sangle qui reste et suivez ces instructions pour l'autre bout du lit.

Pg. 10 - Synchronisation de deux bases (en option)
 Un cordon en Y est inclus avec la base. Non disponible sur la reine, pleine ou bases de taille Full-longues.

La cordon en Y reliant les deux boîtiers de commande à une seule télécommande pour la synchronisation des deux bases.

ÉTAPE 1: Débranchez bases de la source d'alimentation.

ÉTAPE 2: situer le boîtier de commande en dessous de la base. Fin de prise de y-cordon dans l'orifice à distance câblée sur le boîtier de commande. Répéter pour l'autre extrémité du cordon et le deuxième boîtier de commande.

ÉTAPE 3: Branchez distance en Y-Cord.

ÉTAPE 4: Une fois que la télécommande a été connecté à la boîte de contrôle avec les bases y cordon, la fiche dans la prise d'alimentation et de tester toutes les fonctions.

Pg. 11 - Manuel d'installation du Dossieret:
 Un 9/16" socket et une 1/2" clé à molette sont nécessaires pour compléter l'installation.

Étape 1: a) Alignez le trou et l'équerre au manchon de laiton dans lequel le pied du

dossieret s'enfile. Tenez l'équerre en place et vissez le pied dans la base jusqu'à ce que le pied soit bien ajusté.

Attention : le pied ne doit pas être TROP SERRÉ. Trop de force peut causer le pied de tourner librement.

b) Alignez l'étiquette et le trou dans la charpente (située vers le pied de la base) et utilisez le boulon court et un écrou pour attacher l'équerre. Assurez-vous que le boulon soit bien serré.

Étape 2: Attachez la cale d'espacement et l'équerre à T.
a) Mesurez la distance entre les trous de montage sur le dossieret et installez la cale d'espacement et la plaque d'attachement pour accommoder le dossieret.
b) Pour installer la cale d'espacement en plastique et la plaque d'attachement, vous avez besoin de (2) boulons longs et (2) écrous. Situez la cale d'espacement et la plaque d'attachement dans le lieu exigé et mettez les boulons longs dans les deux trous avec la tête des boulons vers l'extérieur. Positionnez les boulons diagonalement sur la cale d'espacement. Utilisez le 9/16" socket et la clé à molette pour serrer les boulons.

Étape 3: Maintenant vous pouvez attacher le dossieret aux plaques d'attachement en utilisant les boulons courts et les écrous pour l'attacher dans les équerres. Les têtes des boulons doivent être vers l'extérieur. Utilisez le 9/16" socket et la 1/2" clé à molette pour serrer les boulons.

Pg. 12 - Dépannage:
 Si une ou plusieurs fonctions sur la base de lit ont cessé de fonctionner. Vérifiez sous le sommier pour vérifier que les connexions filaires sont en sécurité et qu'il n'y a pas de cordes ou de la literie entraver la circulation de la base. Vérifiez que le voyant vert est allumé sur le boîtier de commande. S'il n'y a pas de lumière, vérifier que les câbles d'entrée et de puissance sont correctement connectés.

Débrancher la base pendant 1 heure à réinitialiser les composants électroniques. Base de lit dans une prise électrique différente, ou une prise de courant de test avec un autre appareil de travail (une terre, un protecteur de surtension est recommandée).

Pour service consommateurs, allez au site web www.ergomotion.com ou appelez le numéro vert : 1-888-550-3746

Nationwide Customer Service

Phone 1.888.550.3746
Fax 1.805.979.9399
Email info@ergomotion.com
Web www.ergomotion.com

©2014 Ergomotion Inc
V_003 09/2014

Serial Number:

+

+

+

+